RAPPORT D'ESSAI
IEC 62353
Numéro: [redacted]
Date du contrôle: 10/10/2023

GOSSEN METRAWATT

Client:	[redacted]	Prestataire:	CEATEC Route du Village 14 1421 Grandevent
Département: Centre de coût: Contact:		Contrôleur:	Ceam

Objet vérifié			
ID: 1270 Désignation: 1270		Fabricant: Type:	
Classe protection: P nominale (W):	U nominale (V): Facteur puissance:		I nominal (A):
Remarque:			

Emplacement	
Propriété: Bâtiment:	Niveau: Local:

N°	Type de contrôle	Min	Max	Résultat	Evaluation
1	Contrôle court-circuit (L-N).				Réussi
2	Inspec. vis.				Ignoré
3	Riso CP II+P.A.	7.00 MΩ		> 300 MΩ	Réussi
4	IE NL CP II		100 µA	5 µA	Réussi
5	IE LN CP II		100 µA	5 µA	Réussi
6	Test de fonctions			0.00 A	Réussi

Appareils de contrôle				
Désignation	**Fabricant**	**Type**	**N° de série**	**Etalonnage**
SECUTEST S4: AG5501030004	Gossen-Metrawatt	SecuTest S4	AG5501030004	07/05/2021

Résultat du test:	Réussi	Intervalle:	12
Date: [redacted] Signature:		Date du prochain test: Protocole établi par:	10/10/2024 Dep. Contrôle Ceatec